



SICOLAB mini Endo

Uscarea endoscopului cu aer
comprimat fără particule de ulei



Aer comprimat fără particule de ulei împotriva bacteriilor

Ca practică standardizată, canalele interne ale endoscoapelor trebuie să fie uscate după reprocessarea manuală, așa cum recomandă Asociația Medicală Germană, Institutul Robert Koch, Organizația Mondială a Gastroenterologiei (WGO) și Organizația Mondială a Endoscopiei (WEO).

SICOLAB mini Endo poate fi folosit pentru a usca eficient canalele interne ale endoscopului spre a evita posibila dezvoltare a bacteriilor. Pur și simplu purjați canalele de lucru ale fibroscopelor și video-endoscoapelor cu aer comprimat fara particule de ulei, dupa etapele de curățare, dezinfecție și clătire.



Beneficii:

- funcționare extrem de silențioasă datorită incintei izolate fonic
- configurare și utilizare ușoară tip plug-and-play
- design compact și amprentă redusă pentru a economisi spațiu
- ușor de mutat folosind mânerul încorporat
- compresor fără întreținere (numai filtrul trebuie schimbat)
- ușor de curățat
- aer comprimat nepoluant, fără particule de ulei
- setat standard la o presiune de 1 bar, pentru a preveni uzura sau defectarea endoscoapelor



SICOLAB mini Endo

Tip	Debit la 1 bar (l/min)	Presiune nominală PN (bar)	Nivel zgomot la PN dB (A)	Volum rezervor aer (l)	Tensiune nominală (V)	Frecvență (Hz)	Dimensiuni LxWxH (mm)	Greutate (kg)
SICOLAB mini Endo	34	1	50	2	230	50/60	396x347x321*	16,0

* Dimensiunile includ cuplajul cu eliberare rapidă și duza furtunului

Accesorii incluse: pistol de aer standard cu furtun spiralat și filtru fin pentru alimentare cu aer purificat

Accesorii opționale: duze individuale sau kit duze cu 8 duze incluse, cărucior de transport, șervețele de dezinfecție pentru curățarea suprafețelor

Sfaturi practice – reprocessarea manuală a endoscoapelor flexibile



Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

Tel. +49 7142 90 22-0
Fax +49 7142 90 22-99
office@duerr-technik.de
www.duerr-technik.com



Ediția 08/2018